

Сменный сенсорный блок для Динго В-01, Динго В-02

Паспорт

Сменный сенсорный блок является составной частью анализаторов паров этанола в воздухе (алкотестеров для систем контроля доступа) моделей Динго В-01 и Динго В-02. Представляет собой пластиковый корпус внутри которого размещена электронная плата с устройством отбора пробы воздуха и чувствительный к этанолу электрохимический датчик. Предназначен для самостоятельной замены обслуживающим персоналом раскалиброванных или неисправных блоков сенсора на приборах, находящихся в эксплуатации.

Сменный блок сенсора поступает в продажу с заводской калибровкой, после установки на алкотестер с неизменными заводскими настройками, дополнительная настройка не требуется.

Технические характеристики:

Сенсор	электрохимический
Размеры	145x50x27 мм
Вес	75 г

Условия хранения:

Температура	от -5 °С до + 45°С
Относительная влажность	не более 95%
Атмосферное давление	от 84,0 кПа до 106,7 кПа

Свидетельство о выходном контроле

Сменный сенсорный блок к анализаторам паров этанола в воздухе моделей Динго В-01 и Динго В-02 соответствует техническим характеристикам, изложенным в Руководстве по эксплуатации анализаторов и признан годным для эксплуатации.

Выходной контроль провел:

дата

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Техническое обслуживание

Для сохранения точности показаний рекомендуется производить регламентное техническое обслуживание (диагностика и корректировка показаний) сменного блока не реже чем через каждые 10 тысяч тестов или 6 месяцев.

Информация о пунктах технического обслуживания размещена на сайте: www.arides.am

Гарантийный талон

ООО «ARIDES» гарантирует, что приобретенный Вами сменный блок сенсора не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектующих на момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт или замену вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии, за исключением регламентного технического обслуживания, вызванного естественным износом сенсорного датчика.

Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи

Условия гарантии

ООО «ARIDES» имеет право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Утеряны или неправильно заполнены документы, подтверждающие дату продажи
2. Блок подвергался несанкционированному вскрытию
3. Блок использовался с нарушением правил эксплуатации
4. Блок имеет следы механических повреждений, вызванных ударами, падением, либо попытками вскрытия
5. Блок имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей или насекомых

В случае отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается акт технической экспертизы с обоснованием причины отказа

Производитель: ООО «ARIDES», 0064, Армения, Ереван, Малатия-Себастья, ул. Раффи, дом 111

Телефон: +(374) 60 529950

Эл. адрес: info@arides.am

Web-сайт: www.arides.am

Серийный номер	
Дата производства	
Дата продажи	