



# ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества  
медицинского оборудования с использованием СИ



## Оборудование

Анализатор концентрации паров этанола  
в выдыхаемом воздухе Динго Е-200

Производитель: Sentech Korea Corp., Корея  
Дистрибьютор: ООО «СИМС-2», г. Москва

аттестовано на Знак качества  
медицинского оборудования с использованием СИ

на основании экспертной оценки следующих функциональных и  
метрологических характеристик:

- диапазон измерений массовой концентрации этанола от 0,000 до 1,500 мг/л;
- пределы основной погрешности  $\pm 0,050$  мг/л в диапазоне от 0,000 до 0,500 мг/л;  $\pm 10\%$  в диапазоне от 0,500 до 1,500 мг/л.

Руководитель Экспертной комиссии  
Первый заместитель Генерального директора  
ФБУ «Ростест-Москва»



Е.В. Морин

Эксперт

А.Г. Дубинчик

**РОСТЕСТ**



**МОСКВА**