

Общество с ограниченной ответственностью
МЕДПОЛИМЕРТОРГ
109428, Москва, Рязанский пр-т, д. 8А
тел: 8(495) 232-07-65 (многоканальный)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №

«_____» январь- 2019 г.

Наименование продукции:

Судно медицинское полимерное «Ладья»

Производитель: ООО «Медполимерторг»

Номер партии: _____

Количество: _____

Дата изготовления: _____

Упаковка, маркировка: ГОСТ 10354-82, ГОСТ 14192-77

Испытания выполнено по ТУ 9398-001-18388175-2005

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07405

Акт отбора пробы: _____

Наименование показателей	Норма НТД	Результаты испытаний
Масса, кг.	0,75 ± 0,05	0,76
Емкость, л.	Не менее 3,5	соответствует
Выдерживаемая нагрузка, Н	не менее 1500	1530
Выдерживаемая нагрузка н ручку, Н	не менее 200	210
Чистота поверхности	не ниже 8	Соответствует
Устойчивость к дезинфекции	МУ 287-113 ТУ 6-01-4689387-16-89	соответствует

Заключение : Соответствует ТУ

